

ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ.ಎಂ.ಆರ್/45/೨೦೨೧-೨೨


ದಿನಾಂಕ: ೨/೦೩/೨೦೨೨


ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿಷಯ:- ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ (ಎ.ಎಂ.ಆರ್) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಓವನ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎನ್.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ(ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್) ವತಿಯಿಂದ ಎ.ಎಂ.ಆರ್(ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ೨೦೧೪ ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎ.ಎಂ.ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಎನ್.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎ.ಎಂ.ಆರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಓವನ್ ಎಂ.ಎಂ.ಸಿ & ಆರ್.ಐ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆದು ಖರೀದಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕೃತ ಸರಬರಾಜು ದರದಿಂದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: ೦೨/೦೩/೨೦೨೨ ರ ಸಂಜೆ ಜಗಂಟಿಯ ಒಳಗೆ ಸೀಲು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟಿಯೊಳಗೆ "ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (HOD), "ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ ಎಂ.ಎಂ.ಸಿ&ಆರ್.ಐ ಮೈಸೂರು" ಇವರಿಗೆ ಅಂಚೆಯ (POST)ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬರುವ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಎ.ಎಂ.ಆರ್
ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು
ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.


ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಡೀನ್
ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು
ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಉಪಕರಣ	ಉಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ	ಪ್ರಮಾಣ
01.	Hot Air Oven	<p>Thermostatic Hot Air Ovens are study double walled Units chamber made of S S and outer made of mild steel with Power coating. Gap between the walls filled with glass wool insulation to avoid 50°C to 250°C and Accuracy + - 1°C Air ventilations are placed on top of both sides to remove hot gases/ fumes. Micro Processor based digital Temperature Controller Air Circulation Fan. Inner Chamber & Trays Stainless Steel (304 Grade). Model no KOS-4 L450XB450XH600mm No. of trays 3 watts 1000 Approx Lr125.</p>	01


 Director & Dean
 Mysore Medical College
 Research Institute
 - Mysore